

**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
(офисное оборудование)**

ЛОТ 1

№	Наименование	Технические характеристики	Ед.изм.	Кол-во
1	Спектрометр МКС-АТ6101СМ (с КПК с 3G) с блоком детектирования БДКГ-19М (в рюкзаке) в комплекте с адаптером ВТ-DU3	<p align="center">Наличие КПК с 3G Блок детектирования БДКГ-19М (в рюкзаке) Сцинтилляционный детектор NaI(Tl) Ø63x160 мм Диапазон энергий регистрируе- мого гамма-излучения: 20 кэВ - 3 МэВ Диапазон измерений мощности гамма - излучения: 0,03 - 50 мкЗв/ч Наличие адаптера ВТ-DU3 Используется для работы блока обработки информации спектро- метра с блоком детектирования по каналу Bluetooth</p>	шт	2

Председатель Правления АО
«Парк ядерных технологий»



Байгазинов Ж.А.

Директор департамента
организационного
обеспечения



Волкова Г.Б.